

محضر معاينه للحصول على ترخيص بنك دم (فرعى) بمستشفى

اسم المستشفى : التليفون :

عنوان المستشفى: اسم مدير بنك الدم :

عدد الاسره الموجوده داخل المستشفى:

عدد غرف العمليات : عدد الحضانات :

عدد ماكينات الغسيل الكلوى :

بيان بأنشطه المستشفى :

أولا : المكان :-

المعامل:-	متوافق	غير متوافق	قابل للتعديل
أرضيات المعمل	سيراميك لامع من نوع جيد مقاس ٤٠*٤٠ سم		
حوائط المعمل	سيراميك لامع من نوع جيد ٤٠*٤٠ سم		
بنشات المعمل	قرص البنشات من الكوريا جسم البنشات من معدن صلب ارتفاع البنش لا يقل عن ٩٠ سم ارتفاع الوزرة فوق البنش ١٠ سم عرض البنش لا يقل عن ٧٥ سم توجد وحدة أدراج وأرفق على مسافات مناسبة داخل البنش يوجد حوضين من مادة الكوريا داخل أقراص البنشات بصرفين منفصلين والخلاط يعمل بالذراع		
أجهزة التكييف بالمعمل	عدد ٢ جهاز تكييف بالمعمل الذى يحتوى على التلاجات أوالفريرز على مدار ٢٤ ساعه		
شبابيك المعامل	من قطاعات الالوميتال من نوع جيد،يسمح بأن يحكم اغلاقه، ولا يقل ارتفاع جلسه الشبابيك عن ١٠٥ سم		
أبواب المعامل	تغلق ذاتيا ويفتح للدخل والخارج (مروحه)		
الغرف الإداريه: حوائط الغرف	حوائط مطلية بدهانات بلاستيك قابله للغسيل		
أرضيات الغرف	بلاط سيراميك لامع من نوع جيد		
الحمامات :- أرضيات الحمامات وحوائط الحمامات	من السيراميك		



التكوين الداخلي لبنك دم فرعى :-

اسم القاعة	المساحة بالمتر المربع		
قاعة استقبال المتبرعين	٢٠ متر		
معمل اختبار التوافق	١٥ متر		
معمل صرف الدم	٢٠-١٥ متر		
مكتب أطباء	١٠ متر		
غرفة النوبتجيين	١٠ متر		
الحمام	١٠ متر		

ثانياً: التجهيزات والاجهزة الطبية بمركز الدم الفرعى :-

إسم الجهاز	العدد المطلوب من الاجهزة	متوافق	غير متوافق	قابل للتعديل
التجهيزات العامة :- التبرع بالدم طاولات لتسجيل بيانات المتبرع	٢			
سرير ادماء	٢			
دولاب آلات	١			
بارافان	٢			
مكاتب	١			
أجهزة كمبيوتر	١			
اجهزة طباعة	١			
اجهزة تكييف	٢			



الاجهزة الطبية

				التبرع بالدم
			٢	جهاز قياس نسبة الهيموجلوبين
			١	جهاز لحام اللي الكهربائي (يدوى أوبنش)
			٢	هزاز بميزان لأوكياس الدم
			١	ثلاجه بنك دم سعه ٥٠ وحدة
			١	ثلاجه منزليه
			٧	كولمنات

فصل المشتقات

				فصل المشتقات
			١	جهاز حضانه كهربائيه صغير ٣٧
			٢	جهاز طرد مركز مبرد لأوكياس
			١	جهاز دمج اللي الكهربائي
			١	جهاز فصل المشتقات يدويا
				صرف الدم
			١	ميكروسكوب
			١	جهاز حضانه كهربائية صغير ٣٧
			١	حوض مائي كهربائي

ثالثًا : المؤهلات العلمية والخبرات لفريق العمل ببنك الدم :- متوافق غير متوافق قابل للتعديل

الوظيفة	المؤهل العلمي	الخبرات والتدريب	متوافق	غير متوافق	قابل للتعديل
مدير بنك الدم	ماجستير باثولوجيا اكلينيكيه وكيميائيه أو زماله مصريه لطب نقل الدم	خبرة ثلاث سنوات فى مجال بنك الدم بعد الحصول على المؤهل			
طبيب بنك دم (أخصائى)	ماجستير باثولوجيا اكلينيكيه وكيميائيه أو زماله مصريه لطب نقل الدم	خبرة لاتقل عن سنه فى مجال بنك الدم بعد الحصول على المؤهل			
كيميائى	بكالوريوس العلوم	تلقى التدريب المناسب فى مجال طب نقل الدم			
فنى معمل	المعهد الفنى الصحى	تلقى التدريب المناسب فى مجال طب نقل الدم			
ادارى	مؤهل جامعى مناسب للوظيفه الاداريه	تلقى التدريب المناسب فى المجال الادارى			
عامل أومندوب	مؤهل متوسط	اجتياز اختبار للتقييم			

وقد تم التنبيه على مدير بنك الدم ومدير المستشفى بالآتي:-

اولاً :- يلتزم بنك الدم بالمستشفى فى كل مراحل العمل الفنيہ بالتطبيق الكامل للمعايير التي تم اقرارها واعادها واعتمادها كوثائق مرجعيہ للعمل فى بنوك الدم ، وأى تعديلات مستقبليہ أو تحديث لهذه الوثائق يتم اخطاره بها ، وهى الاصدارات التاليہ:-

سياسه الدم القوميہ.

❖ المعايير القوميہ لخدمات نقل الدم.

- الاستراتيجيہ الخاصه بتحاليل الدم .

- الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته.

- السلامة والصحة المهنيہ.

ثانياً:- يخضع البنك للرقابه الدوريہ والتدقيق والتفتيش من اللجان المختصه والمكلفه بالتدقيق ، فى مواعيد متفق عليها أو لتجديد الترخيص سنويًا ، أو فى حاله التحقيق فى أخطاء فنيہ أو شكاوى من عملاء البنك من الاطباء أو المرضى ، أو للبحث فى أسباب تفاعلات عكسيہ لحالات نقل الدم .

ثالثاً :- يتحمل البنك والمستشفى تحملاً كاملاً للعقوبات التي قد توقع عليه فى حاله مخالفه التعليمات

المذكورة ادارياً أو فنياً أو مخالفه المعايير التي تم اعتمادها كوثائق مرجعيہ للعمل فى بنوك الدم .

رابعاً :- يلتزم مدير بنك الدم مع مدير المستشفى بالتعليمات الواردة فى قرار وزير الصحة رقم (٣٦٤)

لسنه ١٩٩٧ بشأن تأمين سلامه نقل الدم وإحكام الرقابه وتسهيل عمليہ الاشراف والمتابعه لمراكز نقل الدم .

ختم شعار المستشفى

توقيع مدير بنك الدم :

توقيع مدير المستشفى :

الملاحظات والتوصيات

أعضاء اللجنة

رئيس الادارة المركزية

للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص

د.صابر محمود غنيم