



الإشتراطات والتجهيزات الواجب توافرها في حجرات الدم

- ١- أن تكون صحية ومريحة للمتطوعين.
- ٢- أن يوجد منضدة مغطاة بالفورمايكا يوضع عليها كل أجهزة التسجيل والتبويب.
- ٣- أن يوجد حجرة كشف طبيب بها (سرير كشف-جهاز ضغط-سماعة-ميزان حرارة- ميزان أشخاص).
- ٤- حجرة ادماء لعمليات الفصد وتكون مجهزة بوسائل اسعاف سريعة مثل (تروللى- اسطوانه اكسجين- وادوية منبهه مثل الكورامين والكورتجين) واجهزة نقل الدم ومشروبات ساخنه وغيرها .
- ٥- أن تخصص حجرة لتخزين الدم بها ثلاجه كهربائية لحفظ الدم وبدخلها مروحه ومنظم للحرارة لضبطها عند ٤الى ٦ مئوية وجهاز انذار ومسجل لدرجة الحرارة علاوة على ثلاجه عادية لحفظ العينات والامصال.
- ٦- أن توجد بحجرة المعمل منضدة معملية وميكروسكوب حديث وحضانه كهربائيه ٣٧مئوية وسنترفيوج (جهاز طرد مركزى) واجهزة لتقدير الهيموجلبين وفانوس RH.
- ٧- جهاز لتحديد فصائل الدم وفحصها والاجهزة والزجاج والمستلزمات والامصال الضرورية لتحديد الفصائل وباقى الفحوص المعملية الاخرى.



****الأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها بالمعمل****

- ١ - الاجهزة والمستلزمات اللازمه للاجراء فحوص بطريقة حديثة عن مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى أو حمل فيروس المرض.
- ٢ - أجهزة الكشف عن مرض الزهري.
- ٣ - أجهزة فحص الدم للملاريا.
- ٤ - حمام مائى متغير (٣٧درجه-٥٦ درجه)
- ٥ - اوتوكلاف وفرن كهربى ١٨٠ درجه .
- ٦ - أجهزة اختبار كومب.